

Jak používat Checkbox Verification

1

Umístěte kontejner do zařízení
Checkbox a klikněte na
„**New Scan**“.

2

Všechny naskenované nástroje
jsou nyní zobrazeny.

Article SKU	Description	Brand	Quantity
23-124-10-07	Kostní dříčko Stille, 10 mm, 20 cm	KLS Martin	1/1
23-124-15-07	Kostní dříčko Stille, 15 mm, 20 cm	KLS Martin	1/1
23-127-10-07	Kostní dříčko Stille žlábkové, 10 mm, 20 cm	KLS Martin	1/1
23-127-15-07	Kostní dříčko Stille žlábkové, 15 mm, 20 cm	KLS Martin	1/1
23-127-20-07	Kostní dříčko Stille žlábkové, 20 mm, 20 cm	KLS Martin	1/1
23-127-25-07	Kostní dříčko Stille žlábkové, 25 mm, 20 cm	KLS Martin	1/1
23-130-10-07	Výměnná čepel skosená, 10 mm, 8,5 cm	KLS Martin	1/1
23-130-16-07	Výměnná čepel skosená, 16 mm, 8,5 cm	KLS Martin	1/1

3

Klikněte na „**Differences**“,
abyste zobrazili chybějící nebo
nadbytečné nástroje.

Article SKU	Description	Brand	Quantity
11-107-14-07	Chirurgické nůžky Standard zahnuté, tupo-ostří, 14,5 cm	KLS Martin	0/1 (1)
13-410-16-07	Arteriální svorka Peán-Rochester rovná, 16 cm	KLS Martin	2/2 (3)
23-127-15-07	Kostní dříčko Stille žlábkové, 15 mm, 20 cm	KLS Martin	1/1 (0)
80-991-20-04	Bipolární pinzeta NONSTICK RED bajonetová, přímá, 0,6 mm, 20 cm	KLS Martin	1/1 (0)
16-250-03-07	16-250-03-07	KLS Martin	1/1 (0)

4

Pokud je nástroj fyzicky přítomen,
ale nebyl rozpoznán, označte ho a
klikněte na „**Flag Instrument**“, čímž
odešlete servisní požadavek.

Article SKU	Description	Brand	Quantity
11-107-14-07	Chirurgické nůžky Standard zahnuté, tupo-ostří, 14,5 cm	KLS Martin	0/1 (1)
13-410-16-07	Arteriální svorka Peán-Rochester rovná, 16 cm	KLS Martin	2/2 (3)
23-127-15-07	Kostní dříčko Stille žlábkové, 15 mm, 20 cm	KLS Martin	1/1 (0)
80-991-20-04	Bipolární pinzeta NONSTICK RED bajonetová, přímá, 0,6 mm, 20 cm	KLS Martin	1/1 (0)
16-250-03-07	16-250-03-07	KLS Martin	1/1 (0)

5

Klikněte na „**View Info**“, abyste
zobrazili podrobné informace o
vybraném nástroji.

Article SKU	Description	Brand	Quantity
11-107-14-07	Chirurgické nůžky Standard zahnuté, tupo-ostří, 14,5 cm	KLS Martin	0/1 (1)
13-410-16-07	Arteriální svorka Peán-Rochester rovná, 16 cm	KLS Martin	2/2 (3)
23-127-15-07	Kostní dříčko Stille žlábkové, 15 mm, 20 cm	KLS Martin	1/1 (0)
80-991-20-04	Bipolární pinzeta NONSTICK RED bajonetová, přímá, 0,6 mm, 20 cm	KLS Martin	1/1 (0)
16-250-03-07	16-250-03-07	KLS Martin	1/1 (0)

6

Po dokončení skenování se zobrazí
potvrzovací zpráva. Klikněte na
„**Close**“, abyste pokračovali.

#	Item	Scanned	Packed	Packset
1	Tray: ORT TRAUM Osteotomie rozšíření 01	14	14	14